

Số: 625/TB - TTYT

Mường Nhé, ngày 14 tháng 05 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà thầu cung cấp dịch vụ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương pháp đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP Ngày 04/8/2025, của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ, về quản lý thiết bị y tế, được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính, Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TB - BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị Y tế; Thông tư số 59/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ y tế;

Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Điện Biên, Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ đề nghị ngày 08/05/2026 của Khoa được trang thiết bị vật tư y tế về việc đề nghị mua điện cực trung hòa cao su sử dụng nhiều lần dùng trong dao mổ điện cao tần tại Trung tâm Y tế Mường Nhé năm 2026;

Do nhu cầu cấp bách, đơn vị hiện đang sử dụng điện cực trung hòa cũ từ năm 2013 tiếp xúc kém ảnh hưởng đến quá trình cắt đốt của dao mổ điện cao tần để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân khi mổ;

Trung tâm Y tế Mường Nhé có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp điện cực trung hòa sử dụng nhiều lần dùng trong dao mổ điện cao tần tại Trung tâm Y tế Mường Nhé năm 2026 nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Điêu Văn Cường - Khoa dược trang thiết bị vật tư y tế. Số điện thoại: 0343.718.689; Email: cuonghanhytemn@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng có dấu (Có chữ ký, đóng dấu hợp pháp) gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện và bản PDF

- Địa điểm nhận báo giá: Văn thư, Trung tâm Y tế Mường Nhé. Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá:

- Từ 8h00 ngày 15 tháng 05 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 17 tháng 05 năm 2026. Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định. Báo giá đã bao gồm thuế, nhân công thay thế thiết bị, tại Trung tâm Y tế Mường Nhé. Đơn vị báo giá thực hiện báo giá hàng hóa theo Mẫu báo giá tại **Phụ lục 01** kèm theo.

2. Danh mục dịch vụ: **Phụ lục 02** kèm theo.

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế Mường Nhé;
Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TTYT (để công khai);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Lò Văn Sen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo thông báo số: /TTYT ngày 14 tháng 05 năm 2026 của Trung tâm Y tế Mường Nhé

Mẫu báo giá:

Tên đơn vị báo giá.....

Địa chỉ.....

Mã số thuế.....

Số điện thoại liên hệ.....

Email.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên tại thông báo số: /TTYT ngày tháng Năm 2026, chúng tôi.....
[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ như sau:

1. Báo giá chi tiết dịch vụ:

Stt	Tên linh kiện	Cấu hình kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1			Cái	01		
2					
Tổng cộng:						

Số tiền bằng chữ:...../.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày kể từ ngày ... tháng Năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày... tháng.... năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CHI TIẾT LINH KIỆN, THIẾT BỊ
 (Kèm theo thông báo số: 625 /TTYT ngày 14 tháng 05 năm 2026 của Trung tâm
 Y tế Mường Nhé)

Stt	Tên linh kiện	Cấu hình kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	<p>Bản cực trung tính silicone sử dụng nhiều lần dùng trong dao mổ điện cao tần</p> <p>Model: EXCELL 350 MCDSe Hãng sản xuất: ASLA Nước sản xuất: ITALYA</p> <p>1. Hiện trạng máy</p> <p>- Máy báo lỗi mất kết nối điện cực trung hòa khả năng cắt đốt lúc được lúc không để đảm bảo cho ca mổ được thực hiện thành công và an toàn.</p> <p>Do vậy việc mua mới điện cực trung hòa để thay thế điện cực trung hòa cũ đang sử dụng cần thực hiện trong trường hợp cấp bách theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15</p>	<p>+ Làm bằng silicone dẫn điện y tế.</p> <p>+ Mềm đàn hồi tốt.</p> <p>+ Không gây kích ứng da.</p> <p>+ Kích thước 140x240mm.</p> <p>+ Độ dày 3-8mm.</p> <p>+ Giắc cắm tương thích với dao mổ điện cao tần EXCELL 350 MCDSe.</p> <p>+ Dây nối giắc cắm liền.</p> <p>+ Bề mặt tiếp xúc phẳng.</p> <p>+ Có lớp dẫn điện bên trong.</p> <p>+ Vệ sinh và sử dụng nhiều lần.</p> <p>+ Chịu được dung dịch sát khuẩn thông thường.</p>	Cái	03
Tổng cộng: 01 khoản				