

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN MƯỜNG NHÉ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Nhé, ngày 06 tháng 05 năm 2024

Số: 620a/TM-TTYT

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Gói thầu mua sắm vật tư y tế thiết yếu lần 7 năm 2024

Kính gửi: Các Quý nhà thầu.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư 68/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính;

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé kính mời các quý nhà thầu gửi báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Cung ứng sinh phẩm chẩn đoán invitro và vật tư y tế thiết yếu lần 7 năm 2024** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá;

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Địa chỉ: Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá: Ds. Vừ A Tình, Khoa Dược – TTB – VTYT- Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Số điện thoại: 0989.725.690, Email: Tinhpharmacist1@gmail.com (trong giờ hành chính để tham khảo thông tin);
3. Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi bản PDF qua thư điện tử.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06/5/2024 đến trước

17h ngày 17/5/2024. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06/5/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá;

1. Danh mục vật tư y tế của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé (*Phụ lục chi tiết kèm theo*)

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 15 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Dự kiến thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc việc bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác: Nhà cung cấp cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp.

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, khoa Dược



Lò Văn Sen

PHỤ LỤC
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO THIẾT YẾU LẦN 5
NĂM 2024

(Kèm theo thư mời số 620a/TM-TTYT ngày 06/5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng	Ghi chú
1	Băng dính lụa y tế 5cm x 5m	Nền 100% sợi cellulose acetate đánh thành cuộn. Lốp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Cuộn	50	
2	Bơm tiêm nhựa 10ml	- Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, vạch chia dung tích rõ nét. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh, cỡ 23Gx1", 25Gx1". Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	Cái	1.200	
3	Bơm tiêm nhựa 20ml	- Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh, cỡ 23Gx1. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	Cái	800	
4	Bơm tiêm nhựa 5ml	- Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, vạch chia dung tích rõ nét. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh, cỡ 23Gx1", 25Gx1. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	Cái	2.000	
5	Chỉ tiêu liền kim số 1/0	- Chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, số 1/0, bằng Polyglactin 910, dài 90cm, tiệt trùng. - 01 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40 mm, 1/2 C, phủ silicon. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	Sợi	24	
6	Chỉ tiêu liền kim số 2/0	- Chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, số 2/0, bằng Polyglactin 910, dài 75cm, tiệt trùng. - 01 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ,	Sợi	24	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng	Ghi chú
		dài 26 mm, 1/2 C, phủ silicon. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương			
7	Chỉ tiêu liên kim số 4/0	- Chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, số 4/0, bằng Polyglactin 910, dài 75cm, tiệt trùng. - 01 kim, thân kim tròn, đầu kim tròn, thuôn nhọn, bằng thép không gỉ, dài 22 mm, 1/2 C, phủ silicon. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	Sợi	12	
8	Bông thấm nước	Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị to, thấm nước, không lẫn tạp chất. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc.	Kg	02	
9	Dây thở oxy trẻ em	- Dây thở oxy loại dành cho trẻ em được làm từ: - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2 m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC cao cấp, không chứa DEHP. - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Đã tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương.	Bộ	25	
10	Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh, có cửa các số	Chất liệu catheter bằng FEP-Teflon. Có vạch cảnh quang trong cannula. Có cánh, có cửa bơm thuốc. Có bộ lọc chống thấm ngăn ngừa rò rỉ máu trong thời gian đặt kim luồn. Đầu kim 3 mặt vát (1 mặt vát trên, 2 mặt vát dưới), có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Thời gian lưu kim: ≥ 72 giờ. Kích cỡ: 18G; 20G; 22G; 24G Đã tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, CE hoặc tương đương	Cái	600	
11	Dây thở oxy người lớn	Dây dẫn có chiều dài ≥ 2 m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC cao cấp, không chứa DEHP.	Bộ	50	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng	Ghi chú
		Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu. Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương			
12	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C	- Phát hiện kháng thể kháng HCV trong mẫu bệnh phẩm từ huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100 %. - Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương	Test	200	
13	Dây truyền dịch	Dây dẫn có chiều dài $\geq 1500\text{mm}$, cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao. Bộ phận điều chỉnh dòng chảy, kim xuyên nút chai sản xuất từ nhựa ABS nguyên sinh. Buồng đệm giọt thể tích $\geq 8.5\text{ml}$, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$. Có bầu cao su tiếp thuốc. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Kim hai cánh bướm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485; CE hoặc tương đương	Bộ	1.000	
14	Test nhanh chẩn đoán HIV	- Định tính kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 ở huyết thanh, huyết tương hay máu toàn phần người. - Độ nhạy 100% ; Độ đặc hiệu $\geq 99,75\%$. - Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút. Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương.	Test	100	
15	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B	- Định kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy 98,4% , độ đặc hiệu $\geq 99,6\%$; - Giới hạn phát hiện $\leq 0.1\text{ IU/ml}$.	Test	100	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng	Ghi chú
		- Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương.			
16	Gạc phẫu thuật 10 x 10cm x 12 lớp vô trùng	- Kích cỡ 10 x 10cm x 12 lớp; - Chất liệu: 100% cotton độ thấm hút cao; - Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. - Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. - Tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO: 9001:2015; ISO: 13485:2016; CE hoặc tương đương	Miếng	3.000	
17	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40cm x 8 lớp, cản quang vô trùng	- Kích cỡ: 30 x 40cm x 8 lớp; - Chất liệu: 100% cotton độ thấm hút cao; - Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. - Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. - Có sợi cản quang; - Tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; CE hoặc tương đương.	Miếng	300	
18	Găng kiểm tra các cỡ M,S	Chất liệu cao su thiên nhiên, có bột chống dính, không gây kích ứng. Chiều dài $\geq 220\text{mm}$, thuận cả tay trái và tay phải. Có các cỡ S và M, độ dày tối thiểu 1 lớp $\geq 0,08\text{mm}$. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: $\geq 7,0\text{ N}$; Sau già hóa: $\geq 6,0\text{ N}$. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): $\leq 10\text{mg/dm}^2$. Hàm lượng Protein dưới $200\text{ }\mu\text{g/dm}^2$. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Đôi	2.000	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng	Ghi chú
19	Kim bấm các cỡ	Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh, dài $\geq 30\text{cm}$, không DEHP. Kim bằng thép không gỉ, cỡ 23G, 25G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương, CE hoặc tương đương	Cái	100	
20	Khóa 3 chạc không dây	Khóa ba chạc (chạc 3 tiêm) Medikit không dây được làm từ nhựa nguyên sinh y tế, chống đứt gãy. Sản phẩm không chứa chất DEHP. Đặc biệt có cấu tạo 3 đầu khớp. Đã được tiệt trùng bằng khí EO, không độc, không gây sốt.	Cái	50	
21	Dầu parafin tiệt trùng	Dầu Parafin vô khuẩn. Thể tích 10ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Ống	40	
22	Dây nối bơm tiêm điện	- Dây nối bơm tiêm điện dài 140cm, tốc độ 0,9ml/m: áp lực 2 bar, dung tích trong khoảng 0.8-1ml. Chất liệu PVC, đầu nối vặn xoắn Luer Lock, có khóa dừng. - Đã tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương	Cái	50	
23	Lưỡi dao phẫu thuật tiệt trùng (bầu + lá lúa)	Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng, có các số 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, CE hoặc tương đương	Cái	100	
24	Ống đặt nội khí quản các số	- Nhựa PVC y tế cao cấp, trong suốt - Bóng thể tích lớn, áp lực thấp an toàn khi lưu lâu - Măt Murphy mịn - Có bóng chèn hoặc không có bóng chèn - Van có đầu bơm cho ống khóa luer - Bộ nối tiêu chuẩn 15mm - Đường phản quang X-ray dọc theo ống dây - Có các cỡ 3Fr - 8Fr	Cái	50	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng	Ghi chú
25	Dây hút nhót các số	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài ≥ 500 mm. - Không có nắp/Có nắp. - Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. - Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	40	
26	Presept 2,5g	- Natri Troclosene (Natri Dichloroisocyanurate) 50% (kl/kl) - Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương;	Viên	100	
Tổng: 26 khoản					

MẪU BÁO GIÁ

CÔNG TY:.....

Địa chỉ:.....

Số ĐKKD:.....

Điện thoại:.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé

Địa chỉ: Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Công ty chúng tôi kính gửi quý bệnh viện báo giá như sau:

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Hàng A								
2	Hàng B								
3									
4									
...									
	CỘNG:								

Bằng chữ...../.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, ... bên mua không phải thanh toán bất kỳ một chi phí nào thêm.
- Chất lượng hàng hoá mới 100%.
- Hàng hoá bàn giao tại đơn vị sử dụng.
- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký.

- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (..... tháng).

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ