

Số: 66/TB-TTYT

Mường Nhé, ngày 16 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA BÁO GIÁ
Gói thầu mua dụng cụ, thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính;

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé kính mời các quý nhà thầu gửi báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu mua dụng cụ, thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Địa chỉ: Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

2. Thông tin liên hệ bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Khoa Dược TTB – VTYT - Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Số điện thoại: 0989.725.690.

3. Cách tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp: Khoa Dược – TTB – VTYT- Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

- Nhận qua Email: Tinhpharmacist1@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 16 tháng 01 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 01 năm 2025. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ

ngày 25/01/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá;

1. Danh mục hàng hoá: *Phụ lục I chi tiết kèm theo.*
2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược TTB- VTYT, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
4. Thời gian thực hiện đấu thầu: QI/2025.
5. Các thông tin khác: Không.
6. Mẫu báo giá: *Theo mẫu chi tiết phụ lục II kèm theo.*
7. Các thông tin khác: Nhà cung cấp cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp.
Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Lò Văn Sen



DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo thông báo số 66/TB-TTYT ngày 16/01/2025 của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé)

Stt	Hàng hoá mời thầu	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Số lượng dự kiến	Ghi chú
1	Đèn hồng ngoại trị liệu chân cao 1,7m, công suất 250W	Cái	Đèn gù được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc chắn, đèn gù dùng để khám bệnh, chiều cao đèn 1,7 mét, dây dẫn điện 2m8 - 3m, vỏ đèn, thân đèn làm bằng inox, cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm, công suất bóng 40W- 250w Max, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, choá đèn bằng nhôm , chân đế gang.	cái/hộp	4	
2	Bóng đèn phẫu thuật có mũ 24V-50W	Cái	Bóng đèn phẫu thuật có mũ. Điện áp: 24V Công suất: 50W Chân đèn: G8 Tuổi thọ: 1000 giờ	cái/hộp	15	
3	Bóng đèn Halogen chân gim 24V-50W	Cái	Bóng đèn Halogen 50W dùng điện 24V chân ghim - Dùng cho đèn trang trí , đèn xông tinh dầu,..... Loại bóng sợi đốt, ánh sáng vàng, Kích thước: 10x40mm. Đuôi đèn: G6.35 Công suất 50W Điện áp 24V Bóng có tuổi thọ cao.	cái/hộp	10	
4	Băng đo huyết áp máy Monitor	Cái	Loại 2 dây dẫn , Chất liệu: Vải Nylon TPU mềm, sử dụng nhiều lần , Tương thích sử dụng cho các máy monitor theo dõi bệnh nhân	cái/hộp	25	

Stt	Hàng hoá mời thầu	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Số lượng dự kiến	Ghi chú
5	Cân thước đo chiều cao 120kg	Cái	Cân sức khoẻ có thước đo chiều cao: Cấu hình cung cấp: • Cân - Cấu trúc: cân dạng đứng - Tải trọng tối đa: $\geq 120\text{kg}$ - Hiện thị bằng đồng hồ cơ, kích thước lớn - Có núm cân chỉnh về kim về điểm chuẩn 0 - Vạch chia tối thiểu: $\leq 0.5\text{ kg}$ - Độ chính xác: $\pm \leq 0.5\text{ kg}$ - Chất liệu vỏ: sắt sơn tĩnh điện - Phần đế có chất liệu gang, đảm bảo vững chắc - Mặt bàn cân hình chữ nhật, kích thước tối thiểu (dài x rộng): xấp xỉ 28 x 40 cm • Thước đo chiều cao - Phạm vi đo: từ $\leq 70\text{ cm}$ đến $\geq 190\text{ cm}$ - Vạch chia nhỏ nhất: $\leq 0.5\text{ cm}$ - Độ chính xác: $\pm \leq 0.5\text{ cm}$ - Chất liệu thước đo: nhôm - Thước đo có thể thu gọn lại vào trong khung của cân khi không sử dụng • Trọng lượng tịnh: $\geq 10\text{kg}$ và $\leq 15\text{ kg}$	cái/hộp	4	
6	Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn	Bộ	Cán pin loại trung - Gồm 3 lưỡi cong - Lưỡi số 1: kích thước 9 cm - Lưỡi số 2: kích thước 11 cm - Lưỡi số 3: kích thước 13 cm". "Thép không gỉ Tiêu chuẩn CE, ISO 13485: 2023	Bộ/Hộp	1	
7	Bộ tiểu phẫu, gồm:	Bộ			1	
7.1	Kéo phẫu tích Iris thẳng dài 11.5CM	Cái	Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy, đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói/cái	1	

Stt	Hàng hoá mời thầu	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Số lượng dự kiến	Ghi chú
7.2	Kéo phẫu tích Iris cong dài 11.5CM	Cái	Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy, đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói/cái	1	
7.3	Kẹp kim Mayo-Hegar ngàm có rãnh, dài 16CM	Cái	Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy, đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói/cái	1	
7.4	Kẹp mạch máu Kocher Ochsner 1x2T thẳng dài 16CM	Cái	Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy, đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói/cái	1	
7.5	Kẹp mạch máu Rankin-Kelly thẳng dài 16CM	Cái	Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy, đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói/cái	1	
7.6	Kẹp phẫu tích không máu dài 16CM	Cái	Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy, đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói/cái	1	
7.7	Kẹp mô 1x2T dài 16CM	Cái	Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy, đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói/cái	1	
7.8	Cán dao số 3, có thang đo CM, dài 12CM	Cái	Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp sấy, đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Gói/cái	1	
Tổng: 07 khoản						

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 66/TB-TTYT ngày 16/01/2025 của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Mường Nhé

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Mường Nhé, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các dụng cụ y tế như sau:

1. Báo giá cho các dụng cụ y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Tính năng, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS (nếu có)	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
n	...										

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 25/01/2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)