

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN MƯỜNG NHÉ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mường Nhé, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Số:400/TM-TTYT

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Gói thầu mua sắm vật tư y tế và sinh phẩm chẩn đoán
invitro thiết yếu lần 5 năm 2024

Kính gửi: Các Quý nhà thầu.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu 2023 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư 68/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ KH-ĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé kính mời các quý nhà thầu gửi báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Mua sắm vật tư y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro thiết yếu lần 5 năm 2024** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá;

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Địa chỉ: Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá: Ds. Vừ A Tình, Khoa Dược – TTB – VTYT- Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Số điện thoại: 0989.725.690, Email: Tinhpharmacist1@gmail.com (trong giờ hành chính để tham khảo thông tin);

3. Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi bản PDF qua thư điện tử.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04/4/2024 đến trước 17h ngày 14/4/2024. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14/4/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá;

1. Danh mục vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán invitro của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé *(Phụ lục chi tiết kèm theo)*

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 15 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Dự kiến thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc việc bàn giao, nghiệm thu.

5. Các thông tin khác: Nhà cung cấp cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp.

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, khoa Dược



GIÁM ĐỐC

Lò Văn Sen

PHỤ LỤC
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO THIẾT YẾU LẦN 5
NĂM 2024

(Kèm theo Mẫu mới số 400/TM-TTYT ngày 04/4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng	Ghi chú
1	Bông y tế thấm nước	Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị toi, thấm nước, không lẫn tạp chất. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc.	Kg	03	
2	Dây thở oxy trẻ em	- Dây thở oxy loại dành cho trẻ em được làm từ: - Dây dẫn có chiều dài $\geq 2\text{m}$ được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC cao cấp, không chứa DEHP. - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Đã tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương.	Bộ	50	
3	Găng tay dài sản khoa	Chất liệu cao su tự nhiên, có bột chống dính, đã tiệt khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương.	Đôi	80	
4	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C	- Phát hiện kháng thể kháng HCV trong mẫu bệnh phẩm từ huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100 %. - Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương	Test	150	
5	Kim châm cứu sử dụng 1 lần các số	Kim các cỡ. - Số 5 Φ 0.30*25mm: - Số 7 Φ 0.35*50mm - Số 10 Φ 0.35*75mm Đầu kim sắt nhọn. Kim thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Kim vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương	Cái	1.300	Số 5 Φ 0.30*25mm: 1.000 cái Số 7 Φ 0.35*50mm: 200 cái Số 10 Φ 0.35*75mm: 100 cái
6	Kim lấy thuốc các số	Kim các số G18, G20. Thân kim được làm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn, mũi kim cắt vát 3 cạnh. Tiệt trùng.	Cái	2.000	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng	Ghi chú
		Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485, CE hoặc tương đương.			
7	Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh có cửa các số	Chất liệu catheter bằng FEP-Teflon. Có vạch căn quang trong cannunyn. Có cánh, có cửa bơm thuốc. Có bộ lọc chống thấm ngăn ngừa rò rỉ máu trong thời gian đặt kim luồn. Đầu kim 3 mặt vát (1 mặt vát trên, 2 mặt vát dưới), có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Thời gian lưu kim: ≥ 72 giờ. Kích cỡ: 18G; 20G; 22G; 24G Đã tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương, CE hoặc tương đương	Cái	500	18G: 200 cái 20G: 200 cái 22G: 100 cái
8	Ống chống đông EDTA 12 x 75mm	Ống nghiệm nhựa PP hoặc tương đương, kích thước 12x75mm, nắp màu xanh dương bằng nhựa LDPE mới 100%. Thành phần hóa chất: EDTA K2. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương	Ống	1.000	
9	Ống chống đông Heparin 12 x 75mm	Ống nghiệm nhựa PP hoặc tương đương, kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%. Thành phần hóa chất: Lithium Heparin dưới dạng hạt sừng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương	Ống	1.000	
10	Ống hút thai các số	Chất liệu nhựa y tế. Các cỡ 5,6,7, vô khuẩn. Sử dụng 1 lần.	Cái	50	
11	Gel siêu âm	Can 5 lít. Trong suốt, không màu hoặc màu xanh, tan trong nước và dễ dàng rửa sạch bằng nước thường. Gel không có chất ăn mòn, không gây hồng đầu dò, không chứa chất bảo quản và dầu đặc biệt không gây dị ứng cho da. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương.	Can	5	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng	Ghi chú
12	Giấy in nhiệt 5,5 cm	Giấy in nhiệt 5,5 cm.	Cuộn	10	
13	Giấy siêu âm 11cm x 20m	Kích thước 11cm x 20m, dùng cho máy siêu âm. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương.	Cuộn	10	
14	Băng cuộn 5cm x 5m	Kích thước 5cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương	Cuộn	20	
15	Băng cuộn 15cm x 5m	Kích thước 15cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương.	Cuộn	20	
16	Dây truyền dịch	Dây dẫn có chiều dài $\geq 1500\text{mm}$, cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao. Bộ phận điều chỉnh dòng chảy, kim xuyên nút chai sản xuất từ nhựa ABS nguyên sinh. Buồng đếm giọt thể tích $\geq 8.5\text{ml}$, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$. Có bầu cao su tiếp thuốc. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Kim hai cánh bướm. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luôn chắc chắn và dễ thao tác. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485; CE hoặc tương đương	Bộ	700	
17	Tay dao mổ điện	Tay dao 2 nút bấm với 2 chế độ cắt và đốt. Đầu đốt bằng thép không gỉ. Chiều dài cáp nối $\geq 3\text{m}$, đầu cắm 3 chân. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485; CE hoặc tương đương.	Cái	30	

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số Lượng	Ghi chú
18	Test nhanh chẩn đoán HIV	- Định tính kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 ở huyết thanh, huyết tương hay máu toàn phần người. - Độ nhạy 100% ; Độ đặc hiệu $\geq 99,75\%$. - Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút. Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương.	Test	300	
19	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B	- Định kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy 98,4% , độ đặc hiệu $\geq 99,6\%$; - Giới hạn phát hiện ≤ 0.1 IU/ml. - Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương.	Test	300	
Tổng: 19 khoản					

MẪU BÁO GIÁ

CÔNG TY:.....
Địa chỉ:.....
Số ĐKKD:.....
Điện thoại:.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé
 Địa chỉ: Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
 Công ty chúng tôi kính gửi quý bệnh viện báo giá như sau:

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Hàng A								
2	Hàng B								
...									
	CỘNG:								

Bằng chữ...../.

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, ... bên mua không phải thanh toán bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Chất lượng hàng hoá mới 100%.
- Hàng hoá bàn giao tại đơn vị sử dụng.
- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký.
- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (..... tháng).

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ